

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 122

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 16.01.2026

 AP 122	Nazwa i adres / Name and address APLISENS S.A. LABORATORIUM WZORCUJĄCE APLISENS ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ^{*)} 11.03 strumień objętości (przepływ – ciecz) 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 122 z dnia 10.03.2020 r.
Cykl akredytacji od 24.02.2025 r. do 23.03.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 122 of 10.03.2020
Accreditation cycle from 24.02.2025 to 23.03.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

LABORATORIUM WZORCUJĄCE APLISENS PRACOWNIA CIŚNIEŃ ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ciśnienie				
Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne (czynnik – gaz)	0 kPa do 4 kPa 4 kPa do 10 kPa 10 kPa do 25 kPa 25 kPa do 40 kPa 40 kPa do 100 kPa 100 kPa do 160 kPa 160 kPa do 200 kPa 200 kPa do 250 kPa 250 kPa do 600 kPa 600 kPa do 1000 kPa 1000 kPa do 1600 kPa 1600 kPa do 2500 kPa 2500 kPa do 6000 kPa 6000 kPa do 10000 kPa 10000 kPa do 16000 kPa 16000 kPa do 25000 kPa 25000 kPa do 35000 kPa	0,0008 kPa 0,0022 kPa 0,0053 kPa 0,0081 kPa 0,019 kPa 0,025 kPa 0,026 kPa 0,038 kPa 0,086 kPa 0,16 kPa 0,24 kPa 0,38 kPa 1 kPa 1,5 kPa 2,5 kPa 3,5 kPa 5,3 kPa	S	Procedura wewnętrzna PR-01 w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1
Przetworniki ciśnienia - ciśnienie absolutne (czynnik – gaz)	12 kPa do 40 kPa 40 kPa do 100 kPa 100 kPa do 160 kPa 160 kPa do 200 kPa 200 kPa do 250 kPa 250 kPa do 300 kPa 300 kPa do 600 kPa 600 kPa do 1000 kPa 1000 kPa do 1600 kPa 1600 kPa do 2500 kPa 2500 kPa do 6000 kPa 6000 kPa do 10000 kPa 10000 kPa do 16000 kPa 16000 kPa do 25000 kPa 25000 kPa do 35000 kPa	0,035 kPa 0,038 kPa 0,043 kPa 0,046 kPa 0,052 kPa 0,056 kPa 0,1 kPa 0,16 kPa 0,25 kPa 0,39 kPa 1,1 kPa 1,7 kPa 2,6 kPa 3,9 kPa 5,5 kPa	S	Procedura wewnętrzna PR-01 w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.


LABORATORIUM WZORCUJĄCE APLISENS PRACOWNIA PRZEPŁYWÓW ul. Hodowlana 6, 26-601 Radom				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Strumień objętości (przepływ cieczy)				
Przepływomierze elektromagnetyczne	0,4 m ³ /h do 1600 m ³ /h	0,2 %	S	Procedura wewnętrzna PR-06 w oparciu o PN-EN ISO 4064-2:2017-07 pkt. 7.4

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 122

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 16.01.2026 r.