



**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60110.1131.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Przepływomierz elektromagnetyczny PEM-500, PEM-1000**

Zawierający / containing: elektrody pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej 316L/Hastelloy C-276, wykładzinę izolacyjną z PTFE/PFA

Przeznaczony do / destined: pomiaru przepływu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA  
03-192 Warszawa  
ul. Morelowa 7



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA  
03-192 Warszawa  
ul. Morelowa 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.11.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.11.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 listopada 2024

The date of issue of the certificate: 8th November 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. Marysi Szwed*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB