

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Przedmiot deklaracji, urządzenie ciśnieniowe: Inteligentny modułowy przetwornik różnicy ciśnień typu **APM-2**.Producent: **APLISENS S.A.,
ul. Morelowa 7,
03-192 Warszawa**

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że określony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Inteligentne modułowe przetworniki różnicy ciśnień typu **APM-2** we wszystkich wykonaniach są zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- **EMC – 2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A.

Do oceny zastosowano normy: PN-EN 61326-1:2013-06, PN-EN 61326-2-3:2013-06.

- **RoHS – 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE.

Do oceny zastosowano normę: PN-EN IEC 63000:2019-01.

Inteligentny modułowy przetwornik różnicy ciśnień typu **APM-2** w wykonaniu Ex, jest zgodny z wymaganiami dyrektywy:

- **ATEX – 2014/34/UE** z dnia 26 lutego 2014

Przetwornik w wykonaniu Exi ma na tabliczce oznaczenie i nr certyfikatu:

II 1/2G Ex ia IIC T5/T4/T3 Ga/Gb

II 1D Ex ia IIIC T100°C/T135°C/T155°C Da

JSHP 22 ATEX 0051X

Zastosowano normy: PN-EN IEC 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-11:2012.

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 2057, J.S Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Sienamowice Śląskie

Przetwornik w wykonaniu Exd i Ext ma na tabliczce oznaczenie i nr certyfikatu:

II 1/2G Ex db ia IIC T5/T4/T3 Ga/Gb

II 1D Ex ia ta IIIC T100°C/T135°C/T155°C Da

JSHP 22 ATEX 0051X

Zastosowano normy: PN-EN IEC 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-11:2012,
PN-EN 60079-1:2014-12, PN-EN 60079-31:2014-10.

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł B. JN nr 2057, J.S Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Sienamowice Śląskie

Powiadomienie o zapewnieniu jakości: moduł D. JN nr 1453, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Warszawa, 24.10.2022

Adam Żurawski
Prezes Zarządu